

الترمومتر الطبى

تركيب الترمومتر الطبى

1. أنبوبة زجاجية شفافة، يوجد بها أنبوبة شعرية مغلقة من أحد طرفيها.
2. تتصل الأنبوبة الشعرية بمستودع للزئبق.
3. فوق مستودع الزئبق اختناق يمنع رجوع الزئبق بسرعة إلى المستودع حتى تتمكن من تسجيل القراءة بسهولة.



تدريج الترمومتر الطبى

يبدأ من درجة حرارة 35 درجة سيليزية إلى 42 درجة سيليزية.
كل درجة مقسمة إلى عشرة أجزاء.

استخدام الترمومتر الطبى

يُستخدم لقياس درجة حرارة جسم الإنسان، وذلك من خلال تحديد الرقم الذي يتوقف عنده مستوى سطح الزئبق.